

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 94844-25

Срок действия утверждения типа до 7 марта 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики уровня LLT-DS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РивалКом" (ООО "РивалКом"),
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РивалКом" (ООО "РивалКом"),
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП-НИЦЭ-031-24

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для датчиков уровня с пределами допускаемой
абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для датчиков уровня с пределами
допускаемой абсолютной погрешности свыше ± 3 мм

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 7 марта 2025 г. N 460.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«11» марта 2025 г.